TECPEL®
Propel Quality Measurement.

DTM-311A
室內外溫度計

中文說明書



泰菱有限公司服務資訊
(02) 2737-5866
(02) 2737-3343
www.tecpel.com
www.oka.com.tw
sales@oka.com.tw

CE 符合歐盟規範

需回收

按鍵與操作說明：

1. [IN/OUT]：切換畫面上的量測數值為內部感應器，或外部感應器。
2. [MAX/MIN]：切換畫面顯示最大最小值，或高低警報數值。
   <長壓 5 秒，可清除最大最小記錄數值。>
3. [AL SET]：畫面顯示在高低警報數值時，長壓此鍵 3 秒可設定警報數值，設定時透過背面 UP 及 DOWN 增減設定值。
   <可個別設定內部及外部溫度警報！>
   <警報範圍 -50 ~ 70℃， 顯示 --- 表示為關閉不使用>
4. [℃/℉]：切換量測單位，可選擇 ℃ (攝氏) 或 ℉(華氏)。
5. [UP]：設定模式下，可調整設定數值。
6. [DOWN]：設定模式下，可調整設定數值。

⚠ 警報觸發時，每次蜂鳴約三響，未解除警報會每分鐘觸發蜂鳴一次。

規格與注意事項

產品規格 Specification	
溫度範圍(IN)：	0 ~ 50 ℃
溫度範圍(OUT)：	-50 ~ 70 ℃
精　確　度　：	± 1℃
解　析　度　：	0.1℃
工 作 環 境 ：	溫度 0 ~ 50 ℃ 濕度小於 90%RH
存 放 環 境 ：	溫度 -20 ~ 50 ℃ 濕度小於 80%RH
電 池 規 格 ：	1.5V 四號電池 X 1

★ 本溫度儀器不適合用於需要高準確度的量測實驗，例如 醫療、人體等使用。

★ 本公司不會承擔您的任何量測責任，不論是間接或直接的！

1. 請勿放置在過於潮濕環境，例如浴室、蒸氣房等。
2. 量測時環境溫度請勿高於 50℃。
3. 本溫度計為家庭或辦公室環境使用，請勿用於醫療或人體量測。
4. 溫度感應線請勿用於食物烹飪量測，也請勿接觸食品。
5. 當有任何液體滲入溫度計時，請勿再繼續使用，這可能造成量測失準，並使溫度計損壞。
6. 如長時間不使用，應卸除電池。

泰菱公司產品保固內容：

- 商品自購買起，泰菱公司對所販售新機將給予保固一年。
- 新品不良更換，需於7日內更換完畢，商品配件需完整，包含外箱、發票等方可換新。
- 保固產品泰菱公司將提供問題諮詢，電話教學及簡易問題排除說明，但如需人員到府或到場處理，將視情況酌收費用。
- 保固期間一年如遇人為不當操作、消耗性零組件老化等問題，皆屬於保固外處理，泰菱公司將視情況酌收費用或請顧客購買新的配件。
- 保固期間內，調整準確度無需任何費用，但顧客須自送門市或泰菱公司處理，如需泰菱公司派員收送件，將會有快遞費用產生，並於寄回儀器時貨到付款方式收取快遞費用。
- 過保件泰菱公司將酌收基本檢測費用，並視問題有權決定維修或給予更換良品。
- 維修或更換新品時，泰菱公司將不負責儀器內的記錄資料，也不保證維修處理後，儀器內會保留之前的記憶資料。
- 如顧客自行拆卸儀器，或自行更改儀器電路、規格，泰菱公司有權不維修。

TECPEL®
Propel Quality Measurement.

DTM-311A
室內外溫度計

中文說明書



泰菱有限公司服務資訊
(02) 2737-5866
(02) 2737-3343
www.tecpel.com
www.oka.com.tw
sales@oka.com.tw

CE 符合歐盟規範

需回收

按鍵與操作說明：

1. [IN/OUT]：切換畫面上的量測數值為內部感應器，或外部感應器。
2. [MAX/MIN]：切換畫面顯示最大最小值，或高低警報數值。
   <長壓 5 秒，可清除最大最小記錄數值。>
3. [AL SET]：畫面顯示在高低警報數值時，長壓此鍵 3 秒可設定警報數值，設定時透過背面 UP 及 DOWN 增減設定值。
   <可個別設定內部及外部溫度警報！>
   <警報範圍 -50 ~ 70℃， 顯示 --- 表示為關閉不使用>
4. [℃/℉]：切換量測單位，可選擇 ℃ (攝氏) 或 ℉(華氏)。
5. [UP]：設定模式下，可調整設定數值。
6. [DOWN]：設定模式下，可調整設定數值。

⚠ 警報觸發時，每次蜂鳴約三響，未解除警報會每分鐘觸發蜂鳴一次。

規格與注意事項

產品規格 Specification	
溫度範圍(IN)：	0 ~ 50 ℃
溫度範圍(OUT)：	-50 ~ 70 ℃
精　確　度　：	± 1℃
解　析　度　：	0.1℃
工 作 環 境 ：	溫度 0 ~ 50 ℃ 濕度小於 90%RH
存 放 環 境 ：	溫度 -20 ~ 50 ℃ 濕度小於 80%RH
電 池 規 格 ：	1.5V 四號電池 X 1

★ 本溫度儀器不適合用於需要高準確度的量測實驗，例如 醫療、人體等使用。

★ 本公司不會承擔您的任何量測責任，不論是間接或直接的！

1. 請勿放置在過於潮濕環境，例如浴室、蒸氣房等。
2. 量測時環境溫度請勿高於 50℃。
3. 本溫度計為家庭或辦公室環境使用，請勿用於醫療或人體量測。
4. 溫度感應線請勿用於食物烹飪量測，也請勿接觸食品。
5. 當有任何液體滲入溫度計時，請勿再繼續使用，這可能造成量測失準，並使溫度計損壞。
6. 如長時間不使用，應卸除電池。

泰菱公司產品保固內容：

- 商品自購買起，泰菱公司對所販售新機將給予保固一年。
- 新品不良更換，需於7日內更換完畢，商品配件需完整，包含外箱、發票等方可換新。
- 保固產品泰菱公司將提供問題諮詢，電話教學及簡易問題排除說明，但如需人員到府或到場處理，將視情況酌收費用。
- 保固期間一年如遇人為不當操作、消耗性零組件老化等問題，皆屬於保固外處理，泰菱公司將視情況酌收費用或請顧客購買新的配件。
- 保固期間內，調整準確度無需任何費用，但顧客須自送門市或泰菱公司處理，如需泰菱公司派員收送件，將會有快遞費用產生，並於寄回儀器時貨到付款方式收取快遞費用。
- 過保件泰菱公司將酌收基本檢測費用，並視問題有權決定維修或給予更換良品。
- 維修或更換新品時，泰菱公司將不負責儀器內的記錄資料，也不保證維修處理後，儀器內會保留之前的記憶資料。
- 如顧客自行拆卸儀器，或自行更改儀器電路、規格，泰菱公司有權不維修。