TECPEL®

酸鹼度量測計

PH-873



CE

適用於游泳池、水族館、冷卻塔、廢水處理、衛生設備等之應用。






PH-873 酸鹼度計

產品規格

量測範圍：0.00 - 14.00pH
解 析 度 ： 0.01pH　0.1℃
誤 差 值 ： ±0.1pH　±1℃
溫度反應：5℃ - 50℃
電池規格：4×1.5V (AG-13Button Cell)
工作時間：500Hrs
工作環境：0℃ -50℃
儀器尺寸：170mm×36mm×23mm(公厘)
儀器重量：91g(公克)

使用說明

1. 第一次使用時，請先開啟電池蓋，拔除電池上的絕緣墊片。
2. 將開關撥至ON的位置，確認畫面上顯示出數值。
3. 拔除電極保護蓋，使用清水沖洗電極頭，清洗後拭乾極頭。
4. 使用標準pH液(pH4.003 或pH 6.864)校驗pH-873，確認數值顯示同於校驗液。
5. 校驗完成後，再用清水清洗極頭，拭乾後即可開始量測測體。
6. 量測測體時，將測體搖晃或攪拌，使其均勻後插入pH計，待顯示數值穩定後，即可抄寫數值。



校驗步驟

1. 校驗pH-873時，須準備乾淨之試瓶。
2. 如量測較偏酸性測體時，可用pH4.003來校驗，將pH4.003倒入試瓶後，將pH-873插入試瓶。
3. 待儀器上讀值穩定後，緩慢轉動校正鈕，讓儀器上顯示的數值同於校驗液標示。
4. 校驗完成後，需使用清水沖洗電極頭並拭乾極頭。
5. 標準pH液有分 pH4.003 或pH 6.864，校驗時，可依據需求使用不同校驗液來校驗pH-873。

電池更換

◎打開儀器上方電池蓋。
◎同時更換 4顆鈕扣電池(357A)，不可交叉混用電池。
注意!! 卸下的電池必須回收，不可任意丟棄，或丟於一般垃圾桶內。

注意事項

※ 儀器每使用一段時間，需定期更換電池，並校驗pH值是否有誤差。
※ 電極頭極為脆弱，切勿直接用手或硬物碰觸。
※ 量測較高酸性、鹼性測體時，量測完須立即使用清水清洗。
※ 不同溫度下，測體的pH值會有高低變化，校驗pH計時，須注意校驗時的溫度。
※ 存放儀器時，應避免放置於有日曬，或過於潮濕處。
※ 家中如有小孩，需放置孩童不易取得位置。

聯絡與保固

公司通訊地址:
台北市大安區敦化南路 2段 182 號 11樓 電話:886-2-2737-5866　傳真:886-2-2737-3343
E-mail:sales@oka.com.tw
http://www.tecpel.com　　http://www.oka.com.tw